

FABRICANTE	Especialidades Diagnósticas IHR
MARCA	IHR Diagnóstica

CÓDIGO O REFERENCIA	PRESENTACIÓN
00485	1 000 mL
00484	Galón

MATERIAL DE ENVASE Y/O EMPAQUE

Envase de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) blanco con tapa rosca de polipropileno.
 Envase de Polietileno Tereftalato (PET) Ámbar con tapa rosca de polipropileno.
 Envase de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) neutro con tapa rosca de polipropileno.

DESCRIPCIÓN / USO PREVISTO

El alcohol etílico 90% es un compuesto líquido incoloro de olor alcohólico, inflamable, soluble en agua, usado para fijación de muestras (citologías y biopsias), también se usa como combustible para mecheros de laboratorio.

COMPONENTES Y/O MATERIALES	<ul style="list-style-type: none"> Alcohol Etílico
-----------------------------------	---

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN FÍSICA	Líquido incoloro de olor alcohólico.
DENSIDAD	(0,810 – 0,835) g/mL
GRADO ALCOHÓLICO	(91 – 94) °GL

ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado bajo condiciones adecuadas (T: 15°C a 30°C y 75% ± 5% HR).

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

24 meses después de su fabricación, bajo condiciones de almacenamiento adecuadas, la fecha de vencimiento se encuentra en la etiqueta del frasco.

REUSO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
--------------	--

RECOMENDACIONES	<ul style="list-style-type: none"> Inflamable, tóxico por inhalación o ingestión. Evitar contacto con ojos y piel. Para su manipulación usar EPP. No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las condiciones de almacenamiento. No verter por el desagüe, riesgo de explosión.
------------------------	--

ELIMINACIÓN

Producto: No debe desecharse con la basura doméstica. Desechar de acuerdo con la normativa local. No permita que pase al alcantarillado.

Contenedores o frascos: Los embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el producto.

Producto de limpieza recomendado: Agua. Si es necesario con productos de limpieza.

Se deben eliminar los productos químicos siguiendo las reglamentaciones nacionales vigentes.

CONTROL DE APROBACIONES

VoBo SIG	ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Asistente sistemas integrados de gestión	Coordinador control de calidad, investigación y desarrollo	Analista control de calidad, investigación y desarrollo	Coordinador control de calidad, investigación y desarrollo
Fecha: 16/12/2019	Fecha: 17/12/2019	Fecha: 17/12/2019	Fecha: 17/12/2019