

FABRICANTE	Jiangsu Huida Medical Instruments Co. Ltd
MARCA	IHR Diagnóstica

CÓDIGO O REFERENCIA	PRESENTACIÓN
08407	Bolsa x 500 Puntas

MATERIAL

Polipropileno (PP) virgen color Azul.

VOLUMEN	• 50 – 1 000 µL
----------------	-----------------

DESCRIPCIÓN / USO PROPUESTO

Las puntas de color azul tienen anillo de nivel de llenado y su principal función es la absorción en pipetas automáticas, están listas para su uso y no deben reutilizarse, tener en cuenta la posibilidad de daños al manipularlas y tomar las medidas de seguridad correspondientes, por ejemplo usando guantes.

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN	Debe contener la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> • Nombre del producto • Dimensión o volumen • Cantidad
-----------------------------------	--

ALMACENAMIENTO

Mantener seco y sellado el empaque y evitar exposición a temperaturas extremas.

ESTERILIZACIÓN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

AUTOCLAVABLE	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
---------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

REUSO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

RECOMENDACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Para su manipulación usar EPP. • No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las condiciones de uso y almacenamiento.
------------------------	--

ELIMINACIÓN

- Sí la punta tiene contacto con fluidos, sangre o algún tipo de muestra del paciente, su disposición final será en un recipiente de residuos peligrosos de riesgo biológico.
- Sí la punta no tiene contacto con ningún tipo de muestra del paciente, debe tratarse como residuo no peligroso según la normatividad aplicable.

	FICHA TÉCNICA PUNTA AZUL 50 – 1 000 µL BOLSA x 500	23/11/2020
		FT-CID81
		Versión 01
		Página 2 de 2

CONTROL DE APROBACIONES

SOL #	ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
427	V.Solarte Coordinador control de calidad, investigación y desarrollo	A.Zawadzky Analista control de calidad, investigación y desarrollo	L.Herrera Director técnico RDIV y DM
	Fecha: 22/10/2020	Fecha: 22/10/2020	Fecha: 22/10/2020